Mode d'emploi

Éclisse pour hallux valgus

Éclisse de correction active avec articulation à ressort réglable.

halluxsan®

Introduction

L'hallux valgus correspond à une déviation de la base du gros orteil vers le deuxième orteil.

La saillie du gros orteil ressort ce qui entraîne fréquemment des inflammations douloureuses. Une correction active dans le sens opposé compense cette évolution. Les douleurs sont atténuées. L'halluxsan® peut être utilisé sans opération mais également avant ou après une opération.

L'éclisse doit être portée des heures durant toute la journée sans chaussure et si possible aussi la nuit.

Domaine d'application

Traitement sans opération:
- Hallux Valgus avec une déviation légère jusqu'à modérée de l'orteil.
- Apparition des douleurs dans l'articulation de base du gros orteil avec bourse séreuse (rafraîchie avec de la glace auparavant).
- À titre préventif en cas de prédisposition congénitale à l'hallux valgus.
- Lors du gonflement de la bourse séreuse.

Traitement avant une opération:
- Pré-tension des tissus.

Traitement après une opération:
- Après guérison de la plaie pour garantir les résultats de l'opération.

Indication

Hallus valgus

Contre-indication

L'éclisse ne doit pas être portée en cas de problèmes des tissus, de mauvaise cicatrisation, d'infection, etc. Consulter un médecin lors de toutes indications contraires.

Déclaration de conformité

Le produit halluxsan® répond aux exigences de base de la directive européenne 93/42/CEE en matière de produits médicaux. Il porte le label CE conformément à ladite directive.

Consignes de sécurité

- Respectez consciencieusement chaque consigne indiquée dans le présent mode d'emploi.
- N'utilisez aucun halluxsan® défectueux.
- Observez chaque réglage optimal individuel (voir chapitre Réglage).
- Les coques de l'éclisse ne doivent provoquer aucune meurtrissure ou de vives douleurs.
- La force de correction ne doit entraîner aucune douleur.
- **L'halluxsan® n'est pas adapté aux enfants.**

En cas de problèmes avec votre halluxsan®, veuillez-nous contacter à l'adresse suivante : info@alwell.de

Volume de livraison

Le modèle halluxsan® gauche et/ou droit commandé est livré emballé dans un carton de protection avec mode d'emploi et marque sur le produit prêt à l'emploi. Veuillez vérifier l'intégralité de l'emballage.

Garantie

L'halluxsan® est un appareil médical de rééducation et ne doit en aucun cas être utilisé à des fins autres que celles énoncées dans le mode d'emploi. Toutes modifications apportées sur l'halluxsan® ou toutes autres utilisations nécessitent l'accord écrit de l'entreprise albrecht GmbH. En cas contraire, le fabricant ne pourra assumer aucune garantie. Chaque élément ou composant doit être utilisé exclusivement de manière conforme à sa destination. De plus, le fabricant décline toute garantie en cas de transformations ou de modifications (par ex. perçages supplémentaires de fixation) des pièces individuelles ou composants. La prestation de garantie cesse si le cachet quality management est retiré ou endommagé.

Choix d'éclisse

L'halluxsan® est disponible dans une taille pour le pied gauche et droit dans deux couleurs selon le n° d'article du tableau suivant.

	gauche	droit
rose	940P-L	940P-R
gris	940G-L	940G-R

Caractéristiques techniques / matériaux

Désignation	Matériau
Sangle d'orteil	Velours PA
Sangle de coque	48% PA, 43% PES, 9% élasthanne
Rembourrage	Mousse synthétique PU

Consigne d'utilisation

L'halluxsan® est destiné à être utilisé par une personne. L'utilisateur doit veiller à une utilisation hygiéniquement parfaite selon nos conseils d'entretien.

LGA InterCert Certified Quality System ISO 9001:2008 · LGA InterCert Certified Quality System EN ISO 13485:2003 +AC:2009 · CE

Made in Germany
Hergestellt in Deutschland

Brevet: DE 10 2008 049 854

albrecht GmbH

Simser Weg 2 • D-83071 Stephanskirchen
Téléphone: +49 (0) 8036 303 29 - 0
Téléfax: +49 (0) 8036 303 29 - 20
Email: info@alwell.de • www.alwell.de

940-1 0413

Réglage

Enfilez l'halluxsan® avec la partie du pied et la coque de l'orteil (ill. 1) à votre pied. Ce faisant, faites attention à ce que l'axe de l'articulation de l'éclisse soit bien placé derrière la saillie du gros orteil. Aucune pression ne doit s'exercer sur l'hygroma.

(Ill.1)



- Réglez la longueur de la sangle du pied (ill. 2) et la longueur de la sangle de l'orteil (ill. 3).
- Faites attention au bon positionnement et à une fixation sans douleur (ill. 1).
- La sangle ne doit pas être retirée en mettant et en enlevant l'appareil pour garder le trajet de la sangle prévue (sens de la sangle).

- La force de correction peut être réglée en continu de 1 à 5.
- Vous augmentez la force de correction en tournant l'anneau de tension dans le sens ⊕.
- Vous diminuez la force de correction en tournant l'anneau de tension dans le sens ⊖.
- Il est recommandé de mettre et d'enlever l'éclisse non tendue.
- **La force de correction ne doit entraîner aucune douleur.**

Entretien

L'halluxsan® n'est pas livré stérilisé et n'est pas adapté à une stérilisation. N'utilisez aucun produit nettoyant désincrustant ou abrasif.

L'ensemble des pièces de l'éclisse qui, pour le reste, ne demande aucun entretien peut être lavé à 30 °C avec de l'eau et un produit nettoyant doux et / ou un produit désinfectant pour les mains. Observez les consignes du fabricant de produit désinfectant. L'halluxsan® peut être essuyé avec un chiffon ou à l'air.

Élimination

L'halluxsan® contient des matériaux biodégradables sans substance ni matière toxique ou autre nuisible à l'environnement. Dans la mesure où il n'est pas contaminé par des germes infectieux, il peut être jeté dans des déchets communs. En cas de questions, veuillez-nous contacter à l'adresse : info@alwell.de